

Warszawa, dnia 14.05.2019r.

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na *Dostawę stołów optycznych oraz kompletu ław optycznych wraz z zestawem uchwytów, z podziałem na 2 (dwie) części:*

- 1) *część I – dostawa 2 szt stołów optycznych;*
- 2) *część II – dostawa 1 kpl. ław optycznych wraz z zestawem uchwytów.*

Nr postępowania 19/Z-16/8260, 8264/PN/2019/D

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu w dniu 13 maja 2019r., wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2018r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp, udzielił odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytania.

Pytania dotyczą części II, pkt 2, ppkt 20 załącznika nr 10 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

I. Pytanie nr 1, w brzmieniu:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę elementu optycznego o bardzo zbliżonych parametrach? Mowa o soczewce asferycznej z warstwami antyrefleksyjnymi (Część II, punkt 2. podpunkt 20))

025.0 mm, $f = 50.0$ mm, $NA = 0.20$, Powłoki AR : 1050 -1700 nm

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę elementu optycznego o bardzo zbliżonych parametrach, tj. dla soczewki asferycznej z warstwami antyrefleksyjnymi, wyszczególnionej w części II, pkt 2, ppkt 20), dopuszcza się parametry 025.0 mm, $f = 50.0$ mm, $NA = 0.20$, Powłoki AR : 1050 -1700 nm

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – poprzez zmianę:

1. W załączniku nr 10 do SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia”, w zakresie części II, pkt 2, ppkt. 20), zastępuje się dotychczasową treść nowym brzmieniem:

- 20) *Soczewka asferyczna z warstwami antyrefleksyjnym $f_i 25$, $f=25$, $NA \geq 0.2$, powłoki antyrefleksyjne zakres obejmujący drugie i trzecie okno transmisyjne (1300 – 1600nm) światłowodu telekomunikacyjnego – 1 szt. Zamawiający dopuszcza parametry 025.0 mm, $f = 50.0$ mm, $NA = 0.20$, Powłoki AR : 1050 -1700 nm.*

Str. 1 z 2

2. W załączniku nr 2 do SIWZ – „Formularz techniczny”, tabela nr 2, pkt 2, ppkt 20) uzyskuje nowe brzmienie:

20) Soczewka asferyczna z warstwami antyrefleksyjnym $f_i 25$, $f=25$, $NA \geq 0.2$, powłoki antyrefleksyjne zakres obejmujący drugie i trzecie okno transmisyjne (1300 – 1600nm) światłowodu telekomunikacyjnego – 1 szt. Zamawiający dopuszcza parametry 025.0 mm, $f = 50.0$ mm, $NA = 0.20$, Powłoki AR : 1050 -1700 nm.

W wyniku przedstawionych wyjaśnień oraz dokonanych zmian w SIWZ, oraz treści Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania ofert wyznaczając nowy termin w dacie 20.05.2019r.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, poprzez nadanie nowego brzmienia w pkt 9.2 lit j), oraz w pkt 10.2 i 10.5:

1) w pkt. 9.2 lit. j):

j) ofertę należy złożyć w opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert. Opakowanie musi zostać opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy oraz napisem:

“Oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr 19/Z-16/8260, 8264/PN/2019/D.

“Nie otwierać przed dniem 20.05.2019r., godz. 14.00”.

2) w pkt 10.2:

10.2 Termin składania ofert upływa w dniu 20.05.2019r. o godz. 13³⁰ (za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do Kancelarii Jawnej Zamawiającego).

3) w pkt 10.5:

10.5 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2019r. o godz. 14⁰⁰, w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Księcia Bolesława 6, w budynku Działu Przetargów i Zaopatrzenia, pokój nr 7.

Prosimy o uwzględnienie niniejszego wyjaśnienia i zmian treści SIWZ przy opracowywaniu ofert.

KANCELARIA BIURA
PRZETARGÓW I ZAOPATRZENIA
Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
mgr inż. Mirosław SŁAWEK

.....
/podpis/

Wyk: E. Kalwasińska, dnia 14.05.2019r.
Tel.: 261 851 482

Str. 2 z 2