

Warszawa, dnia 24.04.2019r.

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostaw do siedziby Zamawiającego:

- 1) część nr I – komory klimatycznej do testów środowiskowych – 1 kpl;
- 2) część nr II - licencji MATLAB/Simulink do analizy sygnałów – 1 kpl.

Nr postępowania 10/Z-16/8258, 8260, 8262, 8264/PN/2019/D

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, zawiadamia, iż w przedmiotowym postępowaniu w dniu 23 kwietnia 2019r., wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie części nr I.

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2018r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp, udzielił odpowiedzi na zadane przez Wykonawcę pytanie.

Pytanie dotyczy części I - dostawy komory klimatycznej do testów środowiskowych – 1 kpl.

Pytanie nr 1, w brzmieniu:

Czy zamawiający wymaga pojemności wewnętrznej nie mniejszej niż 550L oraz wymiarów wewnętrznych nie mniejszych niż 850x750x900 mm

W związku z w/w zapytaniem wnoszę o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 10.05.2019

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. załącznik nr 10 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia), w tabeli część nr I - *Dostawa komory klimatycznej do testów środowiskowych – 1 kpl.* - poprzez dodanie **pkt 1)A** w brzmieniu:

pkt 1)A: Parametry graniczne:

- a) Wymiary obudowy wraz z wyposażeniem i przyłączami - dł. x wys. x szer. [mm]:
nie większe niż: 1800 x 2050 x 1150;
- b) Wymiary wewnętrzne dł. x wys. x szer. [mm]
nie mniejsze niż: 810 x 690 x 600;
(dopuszczalne 5% wahań wymiaru przy zachowaniu min. 335 litrów)
- c) Pojemność wewnętrzna [L]: min. 335 litrów (max. 570 litrów);
- d) Masa netto [kg]: max. 1000 kg.

2. załącznik nr 2 do SIWZ (Formularz techniczny), w tabeli nr 1, *część nr I - Dostawa komory klimatycznej do testów środowiskowych – 1 kpl.* - poprzez dodanie **pkt 1)A** w brzmieniu:

Str. 1 z 2

pkt 1)A: Parametry graniczne:

- a) Wymiary obudowy wraz z wyposażeniem i przyłączami - dł. x wys. x szer. [mm]:
nie większe niż: 1800 x 2050 x 1150;
- b) Wymiary wewnętrzne dł. x wys. x szer. [mm]
nie mniejsze niż: 810 x 690 x 600;
(dopuszczalne 5% wahań wymiaru przy zachowaniu min. 335 litrów)
- a) Pojemność wewnętrzna [L]: min. 335 litrów (max. 570 litrów);
- b) Masa netto [kg]: max. 1000 kg.

W wyniku przedstawionych wyjaśnień oraz dokonanych zmian w SIWZ, Zamawiający informuje, iż termin składania ofert wyznaczony w dacie 30.04.2019r., nie ulega zmianie. Oferty należy złożyć w Kancelarii Jawnej Zamawiającego. Prosimy o uwzględnienie niniejszych zmian treści SIWZ przy opracowywaniu ofert.

KIEROWNIK DZIAŁU
PRZETARGÓW I ZAPATRZENIA
Instytutu Techniki Lotniczej
.....
mgr inż. /podpis/ SŁAWEK

Wyk: E. Kalwasińska, dnia 24.04.2019r.
Tel.: 261 851 482