

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego, nieużywanego aparatu rentgenowskiego z wyposażeniem – 1 kpl.

Nr postępowania 38/Z-31/0031/PN/2020/D

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

W związku z pytaniem jakie wpłynęło do Zamawiającego e-mailem w dniu 12.11.2020r., a mianowicie:

Pyt. 1): Opis przedmiotu zamówienia, tabela nr 1. Czy Zamawiający dopuszcza sterownik z wyświetlaczem o mniejszej przekątnej ekranu?

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2019r. poz. 1843), zwaną dalej ustawą Pzp, udziela następujących odpowiedzi:

Ad. 1): Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść Załącznika nr 2 oraz nr 10 do SIWZ w pkt 1. Tabela nr 1, Lp. 1 lit. b), który otrzymuje brzmienie: „Sterownik wyposażony w wyświetlacz umożliwiający zobrazowanie ustawionych parametrów ekspozycji.”.

Prosimy o uwzględnienie niniejszego wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ przy opracowywaniu oferty.

**KIEROWNIK DZIAŁU
PRZETARGÓW I ZAOPATRZENIA
Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych**

mgr inż. Mirosław SŁAWEK

.....
/podpis/